

Rázová zkouška - zkouška rychlou deformací

Přístroj určený pro testování odolnosti nátěrů a práškových barev vůči popraskání a odlupování.

Přístroj je vyráběn ve variantách splňujících normu ISO 6272, ASTM G 14, nebo ASTM D2794, případně kombinovaně. Určuje odolnost barvy pomocí závaží, které je upuštěno na testovaný panel za standardních podmínek. Tento přístroj je potřebný ke splnění norem Qualicoat, QIB a GSB v akreditovaných laboratořích.



Charakteristika přístroje

- Dodávka obsahuje standardní závaží, volitelné závaží lze dodat na požádání
- Přístroj má duální stupnici, aby vyhovoval standardům ISO i ASTM
- Vestavěná vodováha, která indikuje správné postavení přístroje
- Každý z přístrojů obsahuje veškeré příslušenství potřebné k testování dle dané normy



	SP1880	SP1890	SP1891	SP1895
Typ nárazu	nepřímý	přímý	přímý	přímý
ISO 6272-1:2002		•		
ISO 6272-2:2002	•			
ISO 6272:1993			•	
ASTM D 2794:2004	•			
ASTM G14-04				•
JIS K 5600-5-3:1989	•	•		
EN 12206-1:2004	•		•	•
EN 13523-5:2001	•	•		
AAMA 2605-05	•		•	
Qualicoat 2006	•		•	
Qualisteelcoat 2008	•		•	

Rozsah dodávky dle modelu

		SP 1880	SP1890	SP1891	SP1895
1	Vodící tubus	•	•	•	•
2, 6, 13	Základna s vodováhou	•	•	•	•
3	Podpěra vzorku 16,3 mm	•		•	
3	Matrice 27 mm		•	•	
4	Závaží 1 kg	•		•	
5	Kolík pro zvednutí závaží	•	•	•	•
7	Úderník 15,9 mm	•		•	•
8	Úderník 12,7 mm	•			
9	Kolík pro uvolnění závaží	•			
10, 11, 12	Uvolňovací mechanismus	•	•	•	•
14, 15, 16	Svěrák ve tvaru V s pružinovou svorkou				•
17	Padající závaží 20 mm		•	•	•

